

A-2401-50/2018

Lublin, dn. 9 stycznia 2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywną dostawę odczynników do biologii molekularnej, podłoży mikrobiologicznych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, rękawic laboratoryjnych, ręczników papierowych, laboratoryjnych materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych, materiałów eksploatacyjnych do systemu Biolog, rękawiczek nitrylowych, środków czystości, skalpeli oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

I. Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwana dalej ustawą Pzp, w odpowiedzi na wnioski przekazuje odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ:

Pytanie 1 – dotyczy: SIWZ pkt 4 (Termin wykonania zamówienia) część 9, pkt 13 ppkt b (Termin dostawy) część 9, Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz oferty) część 9

Czy Zamawiający dopuści termin dostawy odczynników dla części nr 9 do 21 dni od dnia otrzymania zamówienia? Mimo dołożenia wszelkich starań przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w stosunku do wymaganego w SIWZ z uwagi na brak dostępności odczynników u Producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający, **wyraża zgodę** na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni dla części 9, ponadto Zamawiający informuje, iż w SIWZ w pkt 4 (Termin wykonania zamówienia), pkt 13 ppkt b (Termin dostawy), Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz oferty) dla części 9, zapisy dotyczące terminu dostawy ulegną zmianie w następujący sposób:

a) pkt 4 (Termin wykonania zamówienia)

Było:

- Części 18 oraz 25-27: Dostawa jednorazowa w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem. Zamawiający zastrzega, że czas trwania umowy wynosi 24 miesiące.

- Części 1-17 oraz 19-24: Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem.

Termin realizacji umowy: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy.

Jest:

- **Części 18 oraz 25-27: Dostawa jednorazowa** w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem. Zamawiający zastrzega, że czas trwania umowy wynosi 24 miesiące.

- **Części 1-2; 4-8; 10-17 oraz 19-24: Dostawy sukcesywne** w miarę potrzeb w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem.
Termin realizacji umowy: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy.

- **Części 3** Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb w ciągu **56 dni** od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem.
Termin realizacji umowy: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy.

- **Części 9** Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb w ciągu **21 dni** od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem.
Termin realizacji umowy: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy.

b) pkt 13 ppkt b (Termin dostawy)

było:

1) **Kryterium „Termin dostawy”** – maksymalnie 40 punktów

- **Części 18 oraz 25-27: Dostawa jednorazowa** w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem. Zamawiający zastrzega, że czas trwania umowy wynosi 24 miesiące.

- **Części 1-17 oraz 19-24: Dostawy sukcesywne** w miarę potrzeb w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem.
Termin realizacji umowy: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie **do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem.**

1) W powyższym kryterium oceniana będzie łączna długość terminu dostawy **od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem.** Zamawiający odniesie wartości z poszczególnych ofert do minimalnego oczekiwanego przez Zamawiającego terminu dostawy, **czyli 2 dni, natomiast nie może być on dłuższy niż 14 dni.**

$TD = (14 \text{ dni} - Tob) : 12 \text{ dni} \times 40 \text{ pkt}$

gdzie:

TD – przyznane punkty;

Tob – termin oferty badanej (wyrażony w dniach).

2) Każdy wykonawca będzie oceniany w kryterium „termin dostawy” w skali od 0 do 40 punktów

UWAGA!!!

- **Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 2 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń w kryterium oceny**



ofert „Termin dostawy” wartość 2 dni, natomiast termin wskazany przez Wykonawcę będzie wiążący do realizacji przez Niego zamówienia.

- W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 14 dni, oferta będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.
- Termin dostawy będzie liczony od dnia zawarcia umowy.
- Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty terminu dostawy, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny akceptowany przez Zamawiającego) termin dostawy, czyli 14 dni.

Jest:

Kryterium „Termin dostawy” – maksymalnie 40 punktów

- **Części 18 oraz 25-27:** Dostawa jednorazowa w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem. Zamawiający zastrzega, że czas trwania umowy wynosi 24 miesiące.

- **Części 1-2; 4-8; 10-17 oraz 19-24:** Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem.
Termin realizacji umowy: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy.

- **Części 3** Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb w ciągu **56 dni** od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem.
Termin realizacji umowy: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy.

- **Części 9** Dostawy sukcesywne w miarę potrzeb w ciągu **21 dni** od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem.
Termin realizacji umowy: sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, liczone od dnia podpisania umowy.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie maksymalnie **do 14 dni kalendarzowych dla części 1-2; 4-8; 10-17 oraz 19-24 i części 18 oraz 25-27, w części 3 do 56 dni, w części 9 do 21 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem.**

1) W powyższym kryterium oceniana będzie łączna długość terminu dostawy **od dnia złożenia zamówienia drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub faxem.** Zamawiający odniesie wartości z poszczególnych ofert do minimalnego oczekiwanego przez Zamawiającego terminu dostawy, **czyli 2 dni, natomiast nie może być on dłuższy niż 14 dni dla części 1-2; 4-8; 10-17 oraz 19-24 i części 18 oraz 25-27, w części 3 nie może być dłuższy niż 56 dni, w części 9 nie może być dłuższy niż 21 dni.**

Dla części 1-2; 4-8; 10-17 oraz 19-24 i części 18 oraz 25-27:

$TD = (14 \text{ dni} - Tob) : 12 \text{ dni} \times 40 \text{ pkt}$

Dla części 3:

$TD = (56 \text{ dni} - Tob) : 54 \text{ dni} \times 40 \text{ pkt}$

Dla części 9:

$TD = (21 \text{ dni} - Tob) : 19 \text{ dni} \times 40 \text{ pkt}$

gdzie:

TD – przyznane punkty;

Tob – termin oferty badanej (wyrażony w dniach).

2) Każdy wykonawca będzie oceniany w kryterium „termin dostawy” w skali od 0 do 40 punktów

UWAGA!!!

- Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 2 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń w kryterium oceny ofert „Termin dostawy” wartość 2 dni, natomiast termin wskazany przez Wykonawcę będzie wiążący do realizacji przez Niego zamówienia.
- W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 14 dni dla części 1-2; 4-8; 10-17, 19-24 oraz i części 18 oraz 25-27, dla części 3- 56 dni, dla części 9- 21 dni, oferta będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.
- Termin dostawy będzie liczony od dnia zawarcia umowy.
- Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty terminu dostawy, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny akceptowany przez Zamawiającego) termin dostawy, czyli 14 dni dla części 1-2; 4-8; 10-17, 19-24 oraz dla części 18 oraz 25-27, dla części 3- 56 dni, dla części 9- 21 dni.

c) **Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz oferty)**

Było:

UWAGA!!!

- Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 2 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń w kryterium oceny ofert „Termin dostawy” wartość 2 dni, natomiast termin wskazany przez Wykonawcę będzie wiążący do realizacji przez Niego zamówienia.
- W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 14 dni, oferta będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.
- Termin dostawy będzie liczony od dnia zawarcia umowy.



- Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty terminu dostawy, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny akceptowany przez Zamawiającego) termin dostawy, czyli 14 dni.

Jest:

UWAGA!!!

- Zamawiający informuje, że w przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy krótszego niż 2 dni, Zamawiający przyjmie do obliczeń w kryterium oceny ofert „Termin dostawy” wartość 2 dni, natomiast termin wskazany przez Wykonawcę będzie wiążący do realizacji przez Niego zamówienia.
- W przypadku określenia przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 14 dni dla części 1-2; 4-8; 10-17, 19-24 oraz i części 18 oraz 25-27, dla części 3- 56 dni, dla części 9- 21 dni, oferta będzie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.
- Termin dostawy będzie liczony od dnia zawarcia umowy.
- Brak wskazania/wpisania w Formularzu oferty terminu dostawy, skutkować będzie przyjęciem przez Zamawiającego, że Wykonawca oferuje najdłuższy (maksymalny akceptowany przez Zamawiającego) termin dostawy, czyli 14 dni dla części 1-2; 4-8; 10-17, 19-24 oraz i części 18 oraz 25-27, dla części 3- 56 dni, dla części 9- 21 dni.

Pytanie 2 – dotyczy: Załącznik nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) część 9 pozycja 5

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania produktu ujętego w pozycji nr 5, tj. Nextera XT Index Kit (96 indexes, 384 samples) – nr kat. FC-131-1002 i stosowną modyfikację załącznika nr 1 z uwagi na fakt, iż produkt ten został na stałe wycofane z oferty Producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z załącznika nr 1⁹ do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) dla części 9 pozycję nr 5 (Nextera XT Index Kit (96 indexes, 384 samples) – nr kat. FC-131-1002). W załączniku nr 1⁹ do SIWZ dla części 9 w pozycji nr 5 należy wstawić kreski. Poprawiony załącznik nr 1⁹ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 3 – dotyczy: Załącznik nr 5¹⁻¹⁷ oraz 19-24 do SIWZ §2 ust. 4

Czy Zamawiający dopuści, iż karty charakterystyki odczynników w języku polskim i ewentualne ich aktualizacje będą samodzielnie pobierane przez Zamawiającego z ogólnodostępnej strony Producenta odczynników?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i odsyła do odpowiedzi do pytania 6.

Pytanie 4 – dotyczy: Załącznik nr 5¹⁻¹⁷ oraz 19-24 do SIWZ §3 ust. 4

Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisu dla części nr 9 z uwagi na fakt, iż przedmiotem dostawy jest wyłącznie dostawa odczynników. Przedmiot dostawy został dokładnie opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ, a zgodnie z naszą najlepszą wiedzą do realizacji badań mogą być konieczne niewskazane w SIWZ odczynniki wykorzystywane w laboratoriach biologii molekularnej.

Odpowiedź:

Zamawiający, nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje warunki SIWZ w ww. zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga dostawy wyłącznie odczynników

opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia/Formularzu cenowym, a wszelkie pozostałe odczynniki, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowych badań, są w posiadaniu Zamawiającego.

Pytanie 5 – dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, część 6 oraz rozdziału 3 SIWZ, ustęp 6 – rozwiązania równoważne.

Zamawiający w załączniku nr 1 następująco opisał część 6:

„ Część 6:

Dostawa laboratoryjnych materiałów zużywalnych według katalogu Carolina biosystems lub równoważne.

1	2	3
Lp.	Nazwa i opis zamawianego towaru	Nr kat.
1	96 dolkowa płytka do PCR, niska boczna ramka (ang. semi skirted), z bocznym kolmierzem kompatybilna z sekwenatorem AppliedBiosystems 3130, pakowane po 25 sztuk	GMC-MP100C
2	Septamat do 96 dolkowych płytek do analizatora genetycznego 3130, pakowane po 20 sztuk	GMC-SP96-20
3	Reservoir Septa dla ABI 3130, opakowanie 20 sztuk	GMC-SP16-20

Niniejszym informujemy, iż producentem aparatu ABI 3130 dla którego Zamawiający wyspecyfikował akcesoria jest firma.

Firma produkowała i produkuje opisane w tabeli 2 specyfikacji części 6 akcesoria które są dedykowane do pracy na aparacie ABI 3130.


Produkty te oczywiście posiadają inne niż wymienił Zamawiający w specyfikacji numery katalogowe.

Na stronie firmy Carolina biosystems nie znajdujemy żadnych informacji produktach wymienionych w specyfikacji części 6.

Poniżej podajemy link do strony Carolina biosystems:

<https://www.carolinabiosystems.cz/pl/39-produkty>

Wyszukiwanie czy wg numeru katalogowego czy opisu produktu kończy się niepowodzeniem.



log in/register

PRODUCTS SERVICE SUPPLIERS CONTACTS

GMC-SP96-20

Home > Search

SEARCH


No results found for your search "GMC-SP96-20"

CART

No products

Total 0.00 €

Cart Checkout



PRODUCTS SERVICE SUPPLIERS CONTACTS GMC-SP16-20

Home > Search

SEARCH

No results found for your search "GMC-SP16-20"

CART

No products

Total 0,00 €

Cart Checkout

Dlatego też, zwracamy się z prośbą o uchylenie wymogu wymienionego w rozdziale 3, ustęp 6 “Rozwiązania równoważne” w przypadku zaoferowania akcesoriów, materiałów zużywalnych tego samego producenta co aparatu do którego akcesoria miały być zastosowane

Poniżej podajemy link do strony Carolina biosystems:

<https://www.carolinabiosystems.cz/pl/39-produkty>

Wyszukiwanie czy wg numeru katalogowego czy opisu produktu kończy się niepowodzeniem.



PRODUCTS SERVICE SUPPLIERS CONTACTS GMC-SP96-20

Home > Search

SEARCH

No results found for your search "GMC-SP96-20"

CART

No products

Total 0,00 €

Cart Checkout



PRODUCTS SERVICE SUPPLIERS CONTACTS GMC-SP16-20

Home > Search

SEARCH

No results found for your search "GMC-SP16-20"

CART

No products

Total 0,00 €

Cart Checkout

Dlatego też, zwracamy się z prośbą o uchylenie wymogu wymienionego w rozdziale 3, ustęp 6 “Rozwiązania równoważne” w przypadku zaoferowania akcesoriów, materiałów zużywalnych tego samego producenta co aparatu do którego akcesoria miały być zastosowane.

W przypadku produktów wymienionych w części 6 to produkty firmy Carolina Biosystem są produktami równoważnymi do produktów firmy a nie odwrotnie.

Dziwnym byłoby gdyby wykonawca który oferuje produkty tego samego producenta co aparatu, dedykowane do użytku na aparacie 3130 przez samego producenta musiałyby udowadniać, iż spełnia kryteria/ wymagania produktu który sam jest do niego równoważny.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wyraża** zgody na usunięcie zapisu „Rozwiązania równoważne”. Ponadto Zamawiający informuje, iż posiada katalog firmy Carolina Biosystems, w którym występują wymienione produkty i ich numery katalogowe, a także testował te produkty w wymienionym aparacie.

Pytanie 6 – Dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 5¹⁻¹⁷ oraz 19-24), § 2 ustęp 4 – w zakresie części 6; 9 i 17.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego zapisu o:

„ lub Wykonawca zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do kart charakterystyki produktu na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową lub w formie wydrukowanej. „

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku naszej firmy proces realizacji zamówienia nie przewiduje dostarczania w/w dokumentów wraz z towarem. Ze względów na politykę ekologiczną firmy udostępniamy wymagane dokumenty w formie elektronicznych plików na naszej stronie.

Odpowiedź:

Dotyczy części 6; 9 i 17.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu **§ 2, ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób:**

Było:

4. Wykonawca, najpóźniej wraz z dostawą odczynników zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyki w rozumieniu obowiązującego prawa na adres e:mail Po każdej aktualizacji charakterystyki, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jej aktualną wersję, nie później niż w terminie dostawy przedmiotu umowy na adres e:mail:

Jest:

4. Wykonawca w zakresie części 6 i/lub 9 i/lub 17. zapewni stały dostęp Zamawiającemu (24h, 7 dni w tygodniu) do aktualnych kart charakterystyki produktu na swojej stronie internetowej, a na żądanie Zamawiającego niezwłocznie dostarczy drogą emailową na e:mail: lub w formie wydrukowanej.

Pytanie 7 – Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 1, podpunkt a), b) i c) – część 6 i 17.

Uprzejmie wnosimy o ustalenie kar na poziomie 0,4% liczonych od wartości produktów pozostających w zwłoce a nie liczonych od wartości samej umowy.

Umowa ma charakter umowy na dostawy sukcesywne realizowane w ciągu 24 miesięcy.

Zamawiający rezerwuje sobie prawo do realizacji na poziomie minimum 50% wartości umowy.

Liczenie kary od wartości umowy a nie od wartości produktu pozostającego w zwłoce może skutkować tym, iż wysokość kary będzie wyższa od wartości jednostkowego zamówienia.

Zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego.

Korekta o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy.

W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu

o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego.

Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Odpowiedź:

Zamawiający, nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 8 – Dotyczy Część nr 3 poz. 1 i poz. 3

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni. Tak długi czas jest podyktowany tym, że są to produkty niestandardowe, produkowane w USA tylko na konkretne zamówienie.

Odpowiedź:

Zamawiający, wyraża zgodę na przedłużenie terminu do 56 dni dla części 3 i odsyła do odpowiedzi do pytania nr 1

Pytanie 9 – dotyczy: Załącznik nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) część 20 pozycja 3

Końcówki GPNW046, produkt jest nie dostępny, w zamian proponuje końcówki o tych samych parametrach, czyli wolne od nukleaz i endotoksyn. Proponuje końcówki NEST 302106, są one kompatybilne z większością pipet m.in Eppendorf, Gilson, HTL. Proszę o informacje czy możemy zamienić produkt lub usunąć go z listy produktów do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie końcówek o nr katalogowym NEST 302106 pod warunkiem, że jest to produkt o nie gorszych parametrach niż wymaga tego Zamawiający.

Pytanie 10 – dotyczy: Załącznik nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) część 20 pozycja 14

Końcówki GP406B, właściwy numer katalogowy to GP406G prosimy o zmianę.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę nr katalogowego na GP406G. Nowy załącznik dot. części 20 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Pytanie 11 – dotyczy: Załącznik nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) część 20 pozycja 15

Końcówki GP1000NW, produkt jest nie dostępny, w zamian proponuje końcówki o tych samych parametrach, czyli wolne od nukleaz i endotoksyn. Proponuje końcówki NEST 303206, są one kompatybilne z większością pipet m.in Eppendorf, Gilson, HTL. Proszę o informacje czy możemy zamienić produkt lub usunąć go z listy produktów do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie końcówek o nr katalogowym NEST 303206 pod warunkiem, że jest to produkt o nie gorszych parametrach niż wymaga tego Zamawiający.

Pytanie 12 – dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) część 20

Pakiet produktów wyceniamy na niską kwotę. Proszę więc o informacje czy Zamawiający jest w stanie kupić wszystkie produkty od razu, jeśli tak to proszę o zmianę zapisu na dostawę jednorazową.

Nie mamy swojego magazynu w okolicach Lublina, stąd do każdego produktu powinien doliczyć koszty dostawy. Jeśli Zamawiający zdecyduje się na dostawy sukcesywne to proszę określić maksymalną liczbę dostaw tak aby właściwie skalkulować ofertę, nie generując dodatkowych kosztów związanych z dostawą.

Odpowiedź:

Zamawiający w zakresie części 20 wyraża zgodę na dostawę przedmiotu zamówienia w maksymalnie dwóch dostawach, według wyboru Wykonawcy.

II. Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 18.01.2019 r. i zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

a) Rozdział 11. 2 pkt 1:

1. Termin składania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 12:00.



b) Rozdział 11.3 pkt 2:

2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, pok. Nr 6 (sala seminaryjna).

III. Jednocześnie, w związku z modyfikacją SIWZ w w/w zakresie, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a niniejsze Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Prosimy o uwzględnienie tego faktu w przygotowywanych ofertach.

IV. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie.

Postanowienia SIWZ w pozostałym zakresie bez zmian.

Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma
poprzez odesłanie treści jego ostatniej strony
wraz z pieczętą imienną i podpisem, na nr faksu: 81 744 50 67 lub adres e:mail: e.buchajczuk@ipan.lublin.pl

Kierownik Zamawiającego,

D Y R E K T O R
Stawski
prof. dr hab. Cezary Stawiński

Załącznikami do niniejszego pisma są:

1. Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) część 9,
2. Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) część 20,
3. Poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ (Oferta Wykonawcy).