

Lublin, dnia 02.12.2021 r.

znak sprawy: A-2401-51/2021

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:
Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części

Część 1: Mikroskop holotomograficzny – 1 sztuka (dopuszczone jest urządzenie pokazowe)

Część 2: Chlorofilomierz – 1 sztuka

Część 3: Termoblok – 1 sztuka

ODPOWIEDZI I ZMIANA TREŚCI SWZ

I. Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpływieniem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Dot. części 3 – Termoblok

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści termo blok z zegarem umożliwiającym pracę w zakresie: 1 min do 99h59min?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści termoblok o wymiarach: 22,0 x 31,8 x 15,4 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści termoblok z timerem od 1 sek. do 99 godz. 59 min., ale bez możliwości pracy ciągłej?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści termoblok bez portu USB?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści termoblok o szerokości 26,2 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

Czy w Pakiecie 3 Zamawiający odstąpi od wymogu szkolenia pracowników? Urządzenie jest proste w obsłudze oraz posiada menu w języku polskim?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Czy w Pakiecie 3 Zamawiający zgodzi się na 1 szkolenie w wymiarze 2 godzin oraz w razie potrzeby późniejsze konsultacje telefoniczne?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Dot.

Część 2: Chlorofilomierz – 1 sztuka

Część 3: Termoblok – 1 sztuka

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zapisy i w tym zakresie dostosowuje zapisy SWZ rozszerzając zmianę na **cz. 2 i 3** poprzez:

- nadanie brzmienia §6 ust.5 we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ w zakresie **cz. 2 i 3**:

5. Czas szkolenia nie może być krótszy niż 2 godziny bezpośrednio po zainstalowaniu Przedmiotu umowy. Strony przewidują konsultacje telefoniczne z zakresu użytkowania Przedmiotu umowy w wymiarze 2 godzin.

- Zmianę w Protokole Odbioru stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ w zakresie **cz. 2 i 3**:

5. Zamawiający potwierdza przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dla 2 pracowników w zakresie instalacji, obsługi i użytkowania przedmiotu umowy w zakresie 2 godzin bezpośrednio po zainstalowaniu Przedmiotu umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści Załącznika 5 do SWZ w zakresie wskazanego punktu i ujednolica Załącznik 5 (treść zmienionego Załącznika nr 5 do SWZ zamieszczono w załączeniu do pisma).

Pytanie nr 8:

Czy w Pakiecie 3 Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej do 0,1% wartości brutto za zwłokę za niewykonanie Przedmiotu umowy w terminie?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:

Czy w Pakiecie 3 Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej do 0,1% wartości brutto za zwłokę w usunięciu wad lub wymianie urządzenia na nowe?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

II. Powyższe odpowiedzi i zmiany SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. Wykonawca powinien je uwzględnić przygotowując ofertę.

III. W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

IV. Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,

Z-ca DYREKTORA
działania ADMINISTRACYJNO
- EKONOMICZNYCH
E. Bronisz
Emilia Bronisz

Załączniki:

1. Ujednolicony SWZ