

Lublin, dnia 16.09.2021 r.

znak sprawy: A-2401-34/2021

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:
Dostawa zintegrowanego systemu mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego

ODPOWIEDZI I ZMIANA TREŚCI SWZ

I. Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpływaniem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Pytania dotyczące Załącznika nr 1.1 do SWZ,

tabela: ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH:

Proszę o wyjaśnienie punktu 1.5 – czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązania zasilane prądem z gniazdka (o standardowych parametrach 230V, 50 Hz)?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści Załącznika 1.1. do SWZ w zakresie punktu 1.5. **Dodatkowo Zamawiający informuje, że ujednocila Załącznik 1.1. (treść zmienionego Załącznika nr 1.1 do SWZ zamieszczono w załączeniu do pisma)**

Pytanie nr 2:

Dotyczy V. Monitor i komputer – czy Zamawiający zaakceptuje dostawę komputera i monitora o parametrach równorzędnych lub lepszych niż wyspecyfikowane?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymując zapisy SWZ, wyjaśnia, że wskazane w SWZ parametry są „minimalne” akceptowalne przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

Dotyczy V. Monitor i komputer – czy Zamawiający zaakceptuje dostawę systemu operacyjnego komputera systemowego w języku angielskim?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie, czyli akceptuje dostawę systemu operacyjnego komputera systemowego zarówno w języku polskim, jak i/lub angielskim.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści Załącznika 1.1. do SWZ w zakresie wskazanego punktu i ujednocila Załącznik 1.1. (treść zmienionego Załącznika nr 1.1 do SWZ zamieszczono w załączeniu do pisma).

Pytania dotyczące Załącznika nr 5 do SIWZ, WZÓR UMOWY:

Pytanie nr 4:

Dotyczy §4 Gwarancja – czy Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisu ustępu 6. na poniższy:

„Wady, usterki i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia lub w innym terminie, który będzie ustalony przez strony po wstępnej diagnozie uszkodzenia.”?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający zmienia wskazany zapis nadając mu treść:

"Wady, usterki i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Strony dopuszczają możliwość ustalenia dłuższego terminu na usunięcie wad, usterek i uszkodzeń, o ile będzie to uzasadnione wynikiem wstępnej diagnozy wady, usterki lub uszkodzenia, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia ich zgłoszenia. Ustalenie terminu, o którym mowa w zd. 2, pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie i być opatrzone podpisami upoważnionych przedstawicieli Stron"

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści Załącznika 5 do SWZ w zakresie wskazanego punktu i ujednocila Załącznik 5 (treść zmienionego Załącznika nr 5 do SWZ zamieszczono w załączeniu do pisma).

Pytanie nr 5:

Dotyczy §8 Kary umowne - czy Zamawiający zaakceptuje zmiany zapisu ustępu 1.p.1 na poniższe:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia , o którym mowa w §6 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki – łącznie nie więcej niż 5% wynagrodzenia , o którym mowa w §6 ust.1 Umowy;”?

Prośbę motywuję tym, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę jak np. wypadki w transporcie, zapisy umowne o karach za opóźnienia będą prowadzić Wykonawcę do dużych strat. Dlatego bardzo proszę o obniżenie wartości kar, co będzie dyscyplinujące i nie będzie narażało Wykonawcę na duże straty.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy §8 Kary umowne - czy Zamawiający zaakceptuje zmiany zapisu ustępu 1.p.2 na poniższe:

„2) za zwłokę w usunięciu wad lub wymianie urządzenia na nowe w stosunku do terminu określonego w wykonaniu §4 ust.6 lub §4 ust.9 in fine Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia , o którym mowa w §6 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki – łącznie nie więcej niż 5% wynagrodzenia , o którym mowa w §6 ust.1 Umowy;”?

Prośbę motywuję tym, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę jak np. wypadki w transporcie, zapisy umowne o karach za opóźnienia będą prowadzić Wykonawcę do dużych strat. Dlatego bardzo proszę o obniżenie wartości kar, co będzie dyscyplinujące i nie będzie narażało Wykonawcę na duże straty.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Dotyczy §8 Kary umowne - czy Zamawiający zaakceptuje zmiany zapisu ustępu 3 na poniższe:

„3. Kary umowne wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być kumulowane (sumowane) do maksymalnej wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust.1 Umowy.”?

Prośbę motywuję tym, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę jak np. wypadki w transporcie, zapisy umowne o karach za opóźnienia będą prowadzić Wykonawcę do dużych strat. Dlatego bardzo proszę o obniżenie wartości kar, co będzie dyscyplinujące i nie będzie narażało Wykonawcę na duże straty.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ.

II. Powyższe odpowiedzi i zmiany SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. Wykonawca powinien je uwzględnić przygotowując ofertę.

III. W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

IV. Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,

D Y R E K T O R
Stawiński
prof. dr hab. Cezary Stawiński,
czł. koresp. PAN

Załączniki:

1. Ujednolicony Załącznik nr 1.1. do SWZ
2. Ujednolicony Załącznik nr 5 do SWZ

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Zintegrowany system mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego – 1 komplet

| Lp. | Zamawiany przedmiot | Opis oferowanego towaru | | | Ilość | jm | Cena netto [PLN] | VAT % | Wartość podatku VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|-------|---------|------------------|-------|---------------------------|----------------------|
| | | Nazwa producenta proponowanego towaru | Nr katalogowy proponowanego towaru | Inne dane identyfikujące zaferowany towar (model, typ) | | | | | | |
| 1 | Zintegrowany system mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego | | | | 1 | komplet | | | | |

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH¹

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE | WARUNEK | OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ (wypełnia wykonawca): |
|-----|--|-------------------|--|
| 1. | Zintegrowany system mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego | | |
| I. | I. Źródła wzbudzenia | | |
| 1.1 | Laser 532 nm, moc wolna wiązki tego lasera minimum 30 mW wraz zestawem filtrów | Warunek konieczny | |
| 1.2 | Laser 785 nm, moc wolna wiązki tego lasera minimum 125 mW wraz zestawem filtrów | Warunek konieczny | |
| 1.3 | Wymagana funkcjonalność ustawiania mocy i kontroli obu | Warunek konieczny | |

¹ Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SWZ).



| | | | |
|------------|---|--------------------------|--|
| | laserów przez oprogramowanie mikroskopu; | | |
| 1.4 | <p>Wymagana ciągła kontrola absolutnej mocy obu laserów na wejściu do mikroskopu z dokładnością nie gorszą niż 0,1 mW;</p> <p>UWAGA: wymagane złożenie wraz z ofertą dowodu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dostarczyć krzywą ciągłości mocy w zakresie przynajmniej od 1mW do 20mW w formie pliku ASCII.• Punkty eksperymentalne na krzywej muszą być widoczne, aby udowodnić, że odczyt nie odbywa się krokami o nieregularnych rozmiarach.• Punkty eksperymentalne muszą reprezentować bezwzględną wartość mocy lasera wprowadzanej do mikroskopu. | Warunek konieczny | |
| I.5 | Zasilanie prądem z gniazdka (o standardowych parametrach 230V, 50 Hz) | Warunek konieczny | |
| II. | Mikroskop | | |
| 2.1 | Mikroskop optyczny z karuzelą na minimum 6 obiektywów; | Warunek konieczny | |
| 2.2 | Typ: pole jasne (bright field); | Warunek konieczny | |
| 2.3 | Kamera kolorowa; | Warunek konieczny | |
| 2.4 | Oświetlenie światłem białym: oświetlacz Koehlera LED światła białego; | Warunek konieczny | |
| 2.5 | Wymagane wyposażenie w minimum 3 obiektywy, tym wymagane obiektywy pracujące w powietrzu: - 100x, NA nie gorsza niż 0.9, - 50x, NA nie gorsza niż 0.8, - 10x, NA nie gorsza niż 0.25 | Warunek konieczny | |



| | | |
|------|---|-------------------|
| 2.6 | <p>Mikroskop konfokalny umożliwiający uzyskanie wysokiej rozdzielczości przestrzennej tzn. FWHM nie gorszą niż 900 nm profilu Z zmierzonego dla próbki Si lub stałego materiału 2D np. grafenu lub grafitu, dla pomiaru wykonanego przy wzbudzeniu 532 nm i z obiektywem 100x, NA 0,9</p> <p>UWAGA: wymagane złożenie wraz z ofertą dowodu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dla warunków pomiaru: konfokalny pinhole typowy dla standardowego pomiaru i obiektyw mikroskopowy 100x, NA 0.9 (air objective) wymagane jest przedstawienie pomiaru FWHM,• Narysować profil pokazujący intensywność pierwszego rzędu Si (pasmo przy około 520 rel.cm-1) lub pasma G (G-band) grafenu / grafitu (pasmo przy około 1580 rel.cm-1) w funkcji Z.• Zmierzyć i podać wartość FWHM• Dostarczyć surowe dane w formacie ASCII. | Warunek konieczny |
| 2.7 | <p>Zmotoryzowany stolik przesuwu w kierunkach XY, zakres przesuwu przynajmniej 50 mm x 50 mm, krok przesuwu 50 nm lub mniej</p> | Warunek konieczny |
| 2.8 | <p>Zmotoryzowany stolik przesuwu w kierunku Z, krok przesuwu 10 nm lub mniej</p> | Warunek konieczny |
| 2.9 | <p>Mikroskop umożliwiający integrację mikroskopu konfokalnego ramanowskiego z technologią SEM do zintegrowanego mikroskopu konfokalnego Raman-SEM, gdzie analiza i porównanie obrazów uzyskanych obiema technikami zostały przeprowadzone przez oprogramowanie mikroskopu ramanowskiego</p> | Warunek konieczny |
| 2.10 | <p>Mikroskop powinien umożliwiać rozbudowę mikroskopu o dodatkowe tryby pracy przy pełnej kompatybilności mechaniczno-elektronicznej tych trybów i trybu ramana, zapewniając możliwość pomiaru ramanowskiego i dodatkowych trybów bez transferu próbki, wymagane dla trybów pracy:</p> <ol style="list-style-type: none">1. AFM,2. SNOM,3. odzorowanie (profilowanie) powierzchni; <p>UWAGA! Kryterium oceny ofert – NALEŻY WYPEŁNIĆ!</p> | Warunek konieczny |



| | | | |
|------------------|---|-------------------|--|
| 2.11 | Zajmowana powierzchnia oferowanego mikroskopu ramanowskiego po rozbudowie o AFM, SNOM oraz odwzorowanie (profilowanie) powierzchni nie większa niż 1,5 x 2,0 m | Warunek konieczny | |
| 2.12 | Zintegrowana z mikroskopem lampa kalibracyjna typ. Ar/Hg; | Warunek konieczny | |
| III. | SPEKTROMETR | | |
| | Automatyczna wymiana siatek dyfrakcyjnych, bez konieczności działań użytkownika; | Warunek konieczny | |
| | Wyposażony w minimum 3 różne siatki dyfrakcyjne; | Warunek konieczny | |
| | Rozdzielczość spektralna w całym zakresie spektralnym $< 1.0 \text{ rel.cm}^{-1}/\text{pixel}$; | Warunek konieczny | |
| | Minimalny zakres spektralny: 90-3800 rel.cm^{-1} ; | Warunek konieczny | |
| IV. | DETEKTOR | | |
| | Typ CCD; | Warunek konieczny | |
| | Konstrukcja sensora: odświetlany od tyłu (tzw. Back illuminated); | Warunek konieczny | |
| | Chłodzona elementami Peltier'a; | Warunek konieczny | |
| | Wydajność kwantowa (Quantum Efficiency) detektora w zakresie 550-700 nm $> 65\%$; | Warunek konieczny | |
| | Szybkość odczytu do minimum 130 widm na sekundę; | Warunek konieczny | |
| V. | MONITOR I KOMPUTER | | |
| | Monitor i komputer kompatybilny i współpracujący z mikroskopem, przygotowany do rozbudowy o inne linie laserowe, profilowanie powierzchni, mikroskopię sił atomowych (AFM) i mikroskopię pola bliskiego (SNOM). | Warunek konieczny | |
| Rodzaj komputera | Komputerowy System do sterowania i akwizycji danych z zamawianego mikroskopu | Warunek konieczny | |

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| Procesor | Procesor taktowany zegarem co najmniej 2,8 GHz, pamięci cache 9 MB lub równoważny procesor klasy x64 zapewniający spełnienie poniższych kryteriów wydajności: - wydajność całego oferowanego systemu komputerowego min. 1641 pkt w teście BAPCo SYSMark 2018 Desktop . Test SYSMark 2018 Desktop CPU powinien być wykonany w konfiguracji całego zestawu identycznej z wymaganą oraz przy rozdzielczości ekranu co najmniej 1920x1080 pikseli i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. | Warunek konieczny |
| Pamięć RAM | Minimum 8 GB | Warunek konieczny |
| Dysk twardy | Dysk twardy HDD co najmniej 1000 GB | Warunek konieczny |
| Napęd | DVD/DRW | Warunek konieczny |
| Interfejsy komunikacyjne | LAN 10/100/1000 | Warunek konieczny |
| Złącza | Wyjścia min.: HDMI – 1 szt., USB 2.0 – 2 szt., USB 3.0 – 2 szt., | Warunek konieczny |
| System operacyjny | Stabilny system operacyjny w języku polskim i/lub angielskim, zainstalowany na sprzęcie komputerowym objętym przedmiotem zamówienia, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. Udzielenie licencji lub przeniesienia praw z licencji na oprogramowanie na czas nieoznaczony. | Warunek konieczny |
| Dodatki i akcesoria | Klawiatura przewodowa USB Mysz przewodowa: Sensor – optyczny, 2 przyciski, rolka przewijania | Warunek konieczny |
| Monitor | Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 Przekątna ekranu: 27" Powłoka matrycy: Matowa Obrotowy ekran (PIVOT) Regulacja wysokości | Warunek konieczny |



| | | | |
|-----------------|--|-------------------|--|
| Okres gwarancji | Min. 24 miesiące | Warunek konieczny | |
| VI. | OPROGRAMOWANIE Wymagana jest dostawa jednego i tego samego oprogramowania do sterowania mikroskopem, akwizycji danych uzyskanych technikami: obrazowanie ramanowskie, profilometrii optycznej jak również do mikroskopii sił atomowych, mikroskopii pola bliskiego oraz do analizy wszystkich uzyskanych danych; | Warunek konieczny | |
| | Oprogramowanie ma zapewniać sprawne działanie systemu mikroskopowego, nie dopuszczać do zależności i konfliktów między komendami, które miałyby by negatywny wpływ na szybkość i płynność pracy; | Warunek konieczny | |
| | Oprogramowanie ma umożliwiać przyjazną dla użytkownika kontrolę pomiarów, szybkością i łatwą korelację wyników oraz możliwość nakładania na siebie obrazów uzyskanych technikami pomiarowymi, to znaczy wizualizacja i korelację wszystkich uzyskanych danych pomiarowych, uzyskanych różnymi metodami w wybranym punkcie musi być realizowana przez kliknięcie myszą; | Warunek konieczny | |
| | Oprogramowanie nie może być ograniczone licencją jednostkową to znaczy może być instalowane na nieograniczonej liczbie stacji roboczych. | Warunek konieczny | |
| VII. | PASYWNA IZOLACJA ANTYWIBRACYJNA - wymagana do ustawienia mikroskopu. | Warunek konieczny | |
| VIII. | Gwarancja – minimum 12 miesięcy UWAGA! Kryterium oceny ofert | Warunek konieczny | |
| IX. | Szkolenie - wymagane szkolenie dla 3 pracowników w zakresie obsługi urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w czasie minimum 16 godzin. (w tym 3 godziny bezpośrednio po zainstalowaniu przedmiotu umowy oraz 13 godzin w późniejszym ustalonym przez strony terminie) | Warunek konieczny | |



INSTYTUT
AGROFIZYKI
P A N



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

**Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.*

**Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.*

Załącznik nr 5 do SWZ [WZÓR UMOWY]

znak sprawy: A-2401-34/2021

UMOWA Nr A-2401-34/2021

zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Lublinie, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, NIP: 946-18-24-287, REGON: 000326380, reprezentowanym przez:

.....
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

.....
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

zwana dalej „Umową”

Źródło finansowania zamówienia:

- dotacja celowa Ministerstwa Edukacji i Nauki dotacji na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową, Decyzja DN-WIB.911.495.2021.IR z dnia 13 lipca 2021 r, Umowa nr: 7228/IA/SP/2021
- środki własne Instytutu Agrofizyki PAN

§ 1

Podstawa zawarcia Umowy

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, pn.: **Dostawa zintegrowanego systemu mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego.**

§ 2

Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, dostarczyć, zamontować oraz uruchomić we wskazanym pomieszczeniu laboratoryjnym znajdującym się w siedzibie Zamawiającego **zintegrowany system mikroskopu Ramana do wysokorozdzielczego obrazowania chemicznego – 1 komplet**, spełniający warunki określone w *Kosztorysie ofertowym/Opisie przedmiotu zamówienia* Wykonawcy, stanowiącym **Załącznik nr 1** do Umowy, *Formularzu ofertowym* Wykonawcy, stanowiącym **Załącznik nr 2** do Umowy oraz w *Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)*, stanowiącej **Załącznik nr 3** do Umowy (zwany dalej „Przedmiotem umowy”).
2. Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego Przedmiotu umowy oraz szkolenie personelu Zamawiającego zostaną przeprowadzone na koszt i ryzyko Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, przy czym wszelkie prace objęte Przedmiotem umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę w sposób jak najmniej uciążliwy dla bieżącego funkcjonowania Zamawiającego z zapewnieniem bezpieczeństwa personelu Zamawiającego przebywających na terenie jego siedziby.
3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że do urządzeń objętych Przedmiotem umowy nie jest konieczny zakup dodatkowych akcesoriów lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów.
5. Jeżeli użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem wymaga posiadania licencji lub korzystania z oprogramowania, na które wymagane jest posiadanie licencji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi udzielenie Zamawiającemu licencji na Przedmiot umowy lub oprogramowanie, będące elementem niezbędnym do używania Przedmiotu umowy. Licencja zostanie udzielona na wszystkich polach eksploatacji w zakresie niezbędnym do wykorzystywania Przedmiotu umowy lub oprogramowania w ramach prowadzonej przez Zamawiającego działalności naukowej i badawczej.
6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy i wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszenia praw własności intelektualnej. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieekspozowany na wystawach lub imprezach targowych, jest wolny od wad, kompletny i gotowy do używania oraz, że jest w pełni zgodny z opisem Przedmiotu umowy zawartym w Załącznikach nr 1 i 2 do Umowy, przy uwzględnieniu minimalnych wymagań zawartych w Załączniku nr 3 do Umowy. Wykonawca oświadcza, że posiada zgodne z polskim prawem certyfikaty, atesty, zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania w działalności naukowej i badawczej Zamawiającego
7. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia zawartego w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie.
8. Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku określonym w ust. 4, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.
9. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy wykona własnymi siłami bez udziału podwykonawców*/ z udziałem podwykonawców:* (*nazwa i adres podwykonawcy, o ile są znane*).
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierza wykonanie określonych czynności związanych z wykonaniem Przedmiotu umowy.

§ 3

Warunki i termin realizacji oraz odbioru Przedmiotu umowy

1. Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, w miejsce przez niego wskazane, w terminie **do dni kalendarzowych¹ od dnia zawarcia Umowy**.
2. O terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.
3. Koszty dostawy, montażu, uruchomienia, szkolenia pracowników Zamawiającego, gwarancji, licencji, niezbędnych opłat, w tym podatku VAT i opłat celnych wraz z kosztami opakowania i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Przedmiot umowy będzie dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczonych przed uszkodzeniem w czasie transportu.
4. Wykonawca dostarczy Przedmiot umowy wraz z instrukcją obsługi i o ile dotyczy, dokumentami licencji, o których mowa w § 2 ust. 5 Umowy oraz dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji przez producenta urządzeń.
5. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi poprzez podpisanie protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Wzór protokołu odbioru stanowi **Załącznik nr 4 do Umowy**.
6. Niepodpisanie protokołu odbioru lub podpisanie go z zastrzeżeniami wywołuje skutki równoznaczne ze zwłoką w wykonaniu Umowy, jeżeli upłynął termin, o którym mowa w ust. 1, a jednocześnie niepodpisanie protokołu lub podpisanie go z zastrzeżeniami jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
7. Za nadzór nad realizacją Umowy odpowiadają:

¹ należy wpisać termin wykonania przedmiotu zamówienia wynikający z Formularza ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy lub przy uwzględnieniu zasad i wymagań określonych w SWZ.

- a) ze strony Zamawiającego:
....., 81 744 50 61 wew., e-mail:@ipan.lublin.pl
....., 81 744 50 61 wew., e-mail:@ipan.lublin.pl
- b) ze strony Wykonawcy:
..... tel., e-mail:

§ 4

Gwarancja

1. Na Przedmiot umowy Wykonawca udziela **gwarancji na okres miesięcy²**.
2. Gwarancja liczona jest od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji Przedmiotu umowy usterki, wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkownika.
4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania Przedmiotu umowy (siedziba Zamawiającego). W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia Przedmiotu umowy do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszty dostarczenia do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
5. Wykonawca przystąpi do usunięcia usterek, wad lub uszkodzeń w terminie **5 dni roboczych** od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. Wady, usterki i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. Strony dopuszczają możliwość ustalenia dłuższego terminu na usunięcie wad, usterek i uszkodzeń, o ile będzie to uzasadnione wynikiem wstępnej diagnozy wady, usterki lub uszkodzenia, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia ich zgłoszenia. Ustalenie terminu, o którym mowa w zd. 2, pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie i być opatrzone podpisami upoważnionych przedstawicieli Stron.
7. Jeżeli zwłoka w naprawie Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w ust. 6 przekroczy 14 dni Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do wymiany Przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad.
8. Jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę w usunięciu wad, usterek lub uszkodzeń objętych gwarancją, Zamawiający uprawniony jest wezwać Wykonawcę do prawidłowego wykonania zobowiązania gwarancyjnego i może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do wykonania zastępczego, tj. będzie mógł usunąć wady, usterki i uszkodzenia na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji – bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody sądu. W przypadku skorzystania z uprawnienia do wykonania zastępczego Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie i kosztach wykonanych prac (napraw, zmian, wymiany na nowe urządzenie itp.), a Wykonawca zobowiązany będzie wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania tych prac. Wezwanie i zawiadomienie, o których mowa w niniejszym ustępie mogą zostać skierowane drogą komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 3 ust. 7 lit. b Umowy.
9. W razie trzykrotnej naprawy tego samego urządzenia w okresie gwarancji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin na wymianę wynosi maksymalnie **14 dni** od chwili zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po jej upływie, jeżeli zgłoszenie miało miejsce przed jej upływem.
11. Zgłoszenia usterek, wad i uszkodzeń będą przyjmowane drogą elektroniczną (e-mail) i faksową adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 3 ust. 7 lit. b Umowy;
- we wszystkie dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00.

² należy wpisać okres gwarancji wynikający z Formularza ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy lub przy uwzględnieniu zasad i wymagań określonych w SWZ.



12. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do:
 - instalowania i wymiany w Przedmiocie umowy standardowych elementów, podlegających wymianie, zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi;
 - instalacji lub podłączania standardowego wyposażenia Przedmiotu umowy;
 - dysponowania Przedmiotem umowy.
13. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych.
14. Wykonawca zapewni na Przedmiot umowy odpłatny serwis pogwarancyjny przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty upływu terminu gwarancji, stosując średnie ceny z rynku polskiego.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem Umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości **5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy**, co stanowi kwotęzł. (słownie: złotych).
2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
4. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
5. 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze Przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru.
6. 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
 - netto: zł (słownie: zł)
 - VAT:% tj. zł (słownie: zł),
 - brutto: zł (słownie:zł)**
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy w tym w szczególności dostarczenie Przedmiotu umowy, dostawy, montażu, uruchomienia, szkolenia pracowników Zamawiającego, gwarancji, licencji, niezbędnych opłat, w tym podatku VAT i opłat celnych wraz z kosztami opakowania i ubezpieczenia.
3. W ramach realizacji Umowy i wynagrodzenia nią przewidzianego Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 3 pracowników Zamawiającego w zakresie instalacji, obsługi i użytkowania urządzeń objętych Przedmiotem umowy.
4. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez uprawnionego do tego przedstawiciela Wykonawcy w miejscu instalacji Przedmiotu umowy.
5. Czas szkolenia nie może być krótszy niż 16 godzin, w tym 3 godziny bezpośrednio po zainstalowaniu Przedmiotu umowy oraz 13 godzin w późniejszym ustalonym przez Strony terminie.

§ 7

Warunki płatności

1. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez Strony protokół odbioru, z tym że Wykonawca jest uprawniony wystawić fakturę również w sytuacji, gdy niepodpisanie protokołu lub podpisanie go z zastrzeżeniami jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający.
2. Zapłata za Przedmiot umowy zostanie dokonana w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

3. Płatność zostanie dokonana w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na prawidłowo wystawionej fakturze, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca będący podatnikiem VAT jest zobowiązany do tego, aby na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy określony na fakturze figurował w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm, dalej jako „ustawa o VAT”).
4. Jeżeli Przedmiot umowy wymieniony został w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, a kwota należności ogółem ujęta w fakturze stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), płatność będzie dokonana z zastrzeżeniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zgodnie z art. 108a ustawy o VAT.
5. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle* (**niepotrzebne skreślić*) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) z uwzględnieniem następującego nr GLN Wykonawcy

§ 8

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki – łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad lub wymianie urządzenia na nowe w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 6 lub § 4 ust. 9 *in fine* Umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki – łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;
 - 3) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia i zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
3. Kary umowne wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą być kumulowane (sumowane) do maksymalnej wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
4. O naliczeniu kar umownych Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym).
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 9

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku jeżeli:
 - 1) dostarczony produkt nie odpowiada Przedmiotowi umowy określonego w niniejszej Umowie i SWZ;
 - 2) Wykonawca nie zrealizuje Umowy w określonym terminie, pozostając w zwłoce przez co najmniej 7 dni;
 - 3) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu umowy w taki sposób, że istnieje realne zagrożenie, że nie wykona Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy, biorąc pod uwagę konieczność wydatkowania środków dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, z których finansowane jest zamówienie, najpóźniej do końca 2021 r.”;
 - 4) Zamawiający, po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 i 9 Umowy wezwie Wykonawcę do usunięcia wad w ramach gwarancji, a Wykonawca nie usunie tych wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp.
3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie mógł wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od Umowy. O odstąpieniu od Umowy Zamawiający informuje Wykonawcę faksem lub pocztą elektroniczną i potwierdza pisemnie (listem poleconym). Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 10

Zmiana Umowy

1. Zmiany postanowień Umowy, z zastrzeżeniem art. 454 ustawy Pzp, mogą wystąpić w następujących sytuacjach:
 - 1) zmiana obowiązujących, w dacie zawarcia Umowy, przepisów, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron, jeżeli będzie konieczne dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;
 - 2) zmiana przepisów dotyczących podatku od towaru i usług – nastąpiła zmiana stawki podatku VAT, przy czym zmienia się tylko cena brutto, natomiast cena netto pozostaje bez zmian;
 - 3) wprowadzenia nowej technologii lub innych okoliczności pozwalających na obniżenie ceny Przedmiotu umowy;
 - 4) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia lub/i zapobieżenia;
 - 5) dopuszcza się inne zmiany, o ile zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej – w formie aneksu – pod rygorem ich nieważności.

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych

1. Realizacja Umowy może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę np.: osoby kontaktowe w sprawie realizacji Umowy, osoby wykonujące usługę lub realizujące dostawę, osoby zajmujące się obsługą formalno-prawną realizacji Umowy itp.
2. Zamawiający, jako Administrator danych, zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania o celach, zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację Umowy.
3. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zapoznania osób, które oddeleguje do realizacji Umowy, z treścią klauzuli informacyjnej Zamawiającego stanowiącej **Załącznik nr 5 do Umowy**.
4. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, stanowić będzie istotne naruszenie warunków Umowy.

§12

Postanowienia końcowe

1. Sądami właściwymi do rozpatrzenia ewentualnego sporu między Stronami są sądy powszechne właściwe co do miejsca siedziby Zamawiającego.
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie: ustawa Pzp oraz Kodeks cywilny, a w sprawach formalnoprawnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, przenieść swoich praw, w tym wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie, ani dokonywać potrącenia. Ponadto wierzytelność nie może być przedmiotem przejęcia długu ani przekazu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. Integralną część Umowy stanowią załączniki:
 - Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy/opis przedmiotu zamówienia Wykonawcy;
 - Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy;
 - Załącznik nr 3 – Specyfikacja Warunków Zamówienia;
 - Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru.

Zamawiający

Wykonawca



znak sprawy: A-2401-34/2021

Załącznik nr 4 do Umowy

[WZÓR]

PROTOKÓŁ ODBIORU

Sporządzony w, dnia,
na podstawie Umowy Nr, zawartej dnia, pomiędzy:

Zamawiającym : Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
20-290 Lublin, ul. Doświadczalna 4

a

Wykonawcą:
.....
(Nazwa i adres)

1. Przedmiot umowy:

| Lp. | Przedmiot umowy: | Producent: | Model: | Nr fabryczny: | Ilość: |
|-----|------------------|------------|--------|---------------|--------|
| 1 | | | | | |

2. Wraz z Przedmiotem umowy dostarczono:

- a)
- b)
- c)

3. Zamawiający stwierdza, że dostawa została wykonana zgodnie / niezgodnie* z ww. umową.

4. Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia do wykonania ww. Umowy*:

.....
.....
.....
i wyznacza termin ich usunięcia do dnia

5. Zamawiający potwierdza przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dla 3 pracowników w zakresie instalacji, obsługi i użytkowania przedmiotu umowy , **3 godziny bezpośrednio po zainstalowaniu Przedmiotu umowy oraz wskazuje kolejny termin** na przeprowadzenie kolejnego szkolenia w zakresie łącznie 13 godzin.

6. Odebranie dostawy jako wykonanej zgodnie z umową odbędzie się po usunięciu ww. usterek w ww. terminie*.

Przedstawiciel Zamawiającego:

Przedstawiciel Wykonawcy:

.....
czytelny podpis

.....
czytelny podpis

znak sprawy: A-2401-34/2021

Załącznik nr 5 do umowy nr A-2401-34/2021

KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w w/w celach jest Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin,
2. Instytut - jako administrator danych - dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Pani/Pana dane osobowe.
3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Instytucie sprawuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: k.kajdrowicz@ipan.lublin.pl Dodatkowe dane osobowe Inspektora są dostępne na www.ipan.lublin.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta Umowa oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu niezbędnym do wykonania Umowy.
5. Dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem Umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony Umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem Umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. Mogą one zostać również przekazane podmiotom współpracującym z Instytutem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z 28 RODO, m.in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji.
7. Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 oraz 79 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata- przez cały czas obowiązywania tej umowy.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
10. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; W przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania daty lub nazwy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym takie żądanie nie ogranicza przetwarzania tych danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Zastosowanie mają również ograniczenia, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.



INSTYTUT
AGROFIZYKI
P A N



HR EXCELLENCE IN RESEARCH