



A-2401-13/19

Lublin, 18.03.2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dot. Zaproszenia do składania ofert na: Dostawę sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych oraz laboratoryjnych materiałów eksploatacyjnych, zamówienie finansowane z projektu OPUS UMO-2018/29/B/NZ9/00141 oraz działalności statutowej Instytutu

Działając na podstawie art. 4d ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami), w zw. z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2015, poz. 249, 1268 z późn. zm.) Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania do Zaproszenia do składania ofert nr A-2401-13/19 z dnia 12.03.2019 r.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem z zakresem wytrząsania od 20 rpm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łaźni wodnej z wytrząsaniem z zakresem wytrząsania od 20 rpm

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem o wymiarach wewnętrznych 500x300x200 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łaźni wodnej z wytrząsaniem o wymiarach wewnętrznych 500x300x200 mm.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści łaźnię wodną z wytrząsaniem o wymiarach wewnętrznych 300x300x200?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza łaźni wodnej z wytrząsaniem o wymiarach wewnętrznych 300x300x200.

Kierownik Zamawiającego

Z-ca DYREKTORA
d/s ADMINISTRACYJNO
-EKONOMICZNYCH
E. Bronisz
Emilia Bronisz