

Lublin, dnia 01.02.2023 r.

znak sprawy: A-2401-4/2023  
dot. cz. 3 i 5

## WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  
pn.: **Dostawa odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Agrofizyki  
im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 9 części**

Zamawiający - Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wpłynięciem pytań dot. treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ), udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

### **Dot. cz. 3**

#### **Pytanie nr 1:**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 3, pozycji 11 kolorowej taśmy do opisywania o szerokości 12,7 mm oraz długości 36,4 m?*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

*Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmienia Załącznik nr 1.3 do SWZ, stanowiący Kosztorys ofertowy w przedmiotowym zakresie (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczono kolorem zielonym).*

### **Dot. cz. 3**

#### **Pytanie nr 2:**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 3, pozycji 12 kolorowej taśmy do opisywania o szerokości 25,4 mm oraz długości 36,4 m?*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

*Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmienia Załącznik nr 1.3 do SWZ, stanowiący Kosztorys ofertowy w przedmiotowym zakresie (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczono kolorem zielonym).*

### **Dot. cz. 3**

#### **Pytanie nr 3:**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 3, pozycji 13 zestawu o poniższej specyfikacji: Zestaw w przezroczystym pudełku z pokrywką. Składa się z magnesu do usuwania dipoli magnetycznych o długości 245 mm oraz dipoli (il. x dł. x śred.): 1 x 15 x 6 mm, 2 x 20 x 6 mm, 2 x 25 x 6 mm, 1 x 30 x 6 mm, 2 x 40 x 8 mm, 1 x 50 x 8 mm, 1 x 60 x 9 mm?*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 3:**

*Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmienia Załącznik nr 1.3 do SWZ, stanowiący Kosztorys ofertowy w przedmiotowym zakresie (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczono kolorem zielonym).*

**Dot. cz. 3**

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 3, pozycji 17 ręczników o wymiarze 200x210 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmienia Załącznik nr 1.3 do SWZ, stanowiący Kosztorys ofertowy w przedmiotowym zakresie (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczono kolorem zielonym).

**Dot. cz. 3**

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 3, pozycji 18 ręczników o wymiarze 112x208 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmienia Załącznik nr 1.3 do SWZ, stanowiący Kosztorys ofertowy w przedmiotowym zakresie (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczono kolorem zielonym).

**Dot. cz. 3**

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę w części 3, pozycji 19 folii aluminiowej o wymiarze 30 cm x 0,015 mm x 150 m (w postaci pudełka z dozownikiem) lub 30 cm x 0,015 mm x 150 m (w postaci rolki – wkład uzupełniający)?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający wyraża zgodę na postulowaną zmianę. W związku z powyższym zmienia Załącznik nr 1.3 do SWZ, stanowiący Kosztorys ofertowy w przedmiotowym zakresie (wersja jednolita w załączeniu – zmiany oznaczono kolorem zielonym).

**Dot. cz. 5**

**Pytanie nr 1:**

Wymagany przez Zamawiającego eksykator EKS B11 53l, zawiera 4 półki z PMMA Plexiglass. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia eksykatora oraz 3 dodatkowych półek EKS A 1.05?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający, zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.5 do SWZ, wymaga dostarczenia Eksykatora szafkowego EKS B 11 - 53 litry, ścianki transparentne, wyposażonego w 3 półki PLEXIGLASS (PMMA) EKS A 1.05. Są to minimalne parametry/wymagania określone przez Zamawiającego. Zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi zawierać co najmniej w/w parametry. Jeżeli w oferowanym przez Wykonawcę Eksykatorze są 4 półki, spełnia on minimalne wymagania w tym zakresie.

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik Zamawiającego,

Załącznik:

1. Załącznik nr 1.3 do SWZ – Kosztorys ofertowy (wersja jednolita)

DYREKTOR  
*Stocznia*  
prof. dr hab. Cezary Sławiński,  
czł. koresp. PAN