



**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY**

Na podstawie art. 4d, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami), w zw. z art. 30a i 30b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2015, poz. 249, 1268 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **Dostawę wirówki laboratoryjnej wraz z akcesoriami, zamówienie finansowane z projektu OPUS15 MIKROBIOM, umowa nr UMO-2018/29/B/NZ9/00982**

**wybrano ofertę złożoną przez:**

**ALCHEM Grupa Sp. z o.o.  
ul. Polna 21, 87-100 Toruń  
Oddział Rzeszów  
ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów**

Oferta jest zgodna z warunkami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert, a wyżej wymieniony Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

**Wpłynęły 3 oferty**

Streszczenie oceny złożonych ofert wygląda następująco:

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Punktacja w kryterium „cena”	Wartość punktacja przyznana
1	ALCHEM Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń Oddział Rzeszów ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów	100	100
2	VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk	96,85	96,85
3	LABSYSTEM s.c. Ewa Superata, Mariusz Martini ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków	-	-

Zamawiający odrzuca ofertę LABSYSTEM s.c. Ewa Superata, Mariusz Martini ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków.

**Uzasadnienie faktyczne:**

Zaoferowana przez ww. Wykonawcę Wirówka CONSUL 22R Rotor RT203 nie spełnia wymagań Zamawiającego z poniższych powodów:

- Wykonawca zaoferował wirówkę o wymiarach 670x770x390 mm, natomiast Zamawiający wymagał wirówki o wymiarach 640x550x340 mm. Zbyt duże wymiary zaoferowanej wirówki uniemożliwią Zamawiającemu umieszczenie w laboratorium badawczym;
- poziom hałasu emitowany przez zaoferowaną wirówkę jest wyższy (<60dB) w stosunku do wirówki zamawianej (<58dB);
- zaoferowany stolik, zamiast wyspecyfikowanej przez Zamawiającego szafki o numerze kat. 5821020010, uniemożliwia umieszczenie urządzenia w laboratorium.



**INSTYTUT  
AGROFIZYKI**  
P A N

W związku z przytoczonymi argumentami, oferowana wirówka laboratoryjna nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w Zaproszeniu do składania ofert i Zamawiający jest zmuszony odrzucić ofertę Wykonawcy LABSYSTEM s.c. Ewa Superata, Mariusz Martini.

**Uzasadnienie prawne:**

Zgodnie z zapisem w Zaproszeniu do składania ofert, „Odrzucenie oferty” pkt 2, tj.: *Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do składania ofert lub/i opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego* - Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy LABSYSTEM s.c. Ewa Superata, Mariusz Martini.

**D Y R E K T O R**

*Stawski*

*prof. dr hab. Cezary Stawiński*

.....  
Kierownik Zamawiającego

**Zamawiający wymaga potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faxu: 81 7445067  
lub adres e-mail: e.hamera@ipan.lublin.pl.**